Veterinarian - Vétérinaire - Veterinärmedizin

Human - Humain - Humanmedizin

Instrument [1]

Parameter [2]	SI Units [3]	MS9 series 3 dif (Série MS9 3 ppp) X̄	MS9 series 5 dif (Série MS9 5 ppp) X̄	MS4 series 3 dif (Série MS4 3 ppp) X̄	MS4 series 5 dif (Série MS4 5 ppp) X̄	+ / -
LOW / Blue Cap BAS / Bouchon Bleu						
LOT B1119L	Péremption : 2020-02-05 Exp. Date (YYYY-MM-DD)				Ref. : 0MSLC010	
WBC (globules blancs)	10^9/L ou m/mm^3	1,8	1,8	1,8	1,8	0,5
Lympho.	%	64	64	64	64	5
Mono.	%	5	5	5	5	5
Granulo.	%	31	-	31	-	5
Neutro.	%	-	30	-	30	5
Eosino.	%	-	1	-	1	0,5
RBC (globules rouges)	10^{12}/L ou M/mm^3	2,45	2,45	2,45	2,45	0,2
HGB	g/dL	5,8	5,8	5,8	5,8	0,5
Hct	%	17,4	17,4	17,4	17,4	2
MCV (VGM)	fL	71	71	71	71	4
MCHC (CCMH)	g/dL	33,3	33,3	33,3	33,3	4
MCH (TCMH)	pg	23,7	23,7	23,7	23,7	4
PLT	10^9/L ou m/mm^3	75	75	75	75	25
MPV (VMP)	fL	8,3	8,3	8,3	8,3	2
NORMAL / Green Cap NORMAL / Bouchon Vert						
LOT B1119N	Péremption : 2020-02-05 Exp. Date (YYYY-MM-DD)				Ref. : 0MSLC011	
WBC (globules blancs)	10^9/L ou m/mm^3	7,2	7,2	7,2	7,2	0,8
Lympho.	%	30	30	30	30	6
Mono.	%	5	5	5	5	5
Granulo.	%	65	-	65	-	7
Neutro.	%	-	59	-	59	7
Eosino.	%	-	6	-	6	2
RBC (globules rouges)	10^{12}/L ou M/mm^3	4,70	4,70	4,70	4,70	0,2
HGB	g/dL	13,4	13,4	13,4	13,4	0,7
Hct	%	39,0	39,0	39,0	39,0	3
MCV (VGM)	fL	83	83	83	83	4
MCHC (CCMH)	g/dL	34,4	34,4	34,4	34,4	4
MCH (TCMH)	pg	28,5	28,5	28,5	28,5	4
PLT	10^9/L ou m/mm^3	245	245	245	245	45
MPV (VMP)	fL	8,3	8,3	8,3	8,3	2
HIGH / Red Cap HAUT / Bouchon Rouge						
LOT B1119H	Péremption : 2020-02-05 Exp. Date (YYYY-MM-DD)				Ref. : 0MSLC012	
WBC (globules blancs)	10^9/L ou m/mm^3	19,5	19,5	19,5	19,5	2
Lympho.	%	14	14	14	14	7
Mono.	%	5	5	5	5	4
Granulo.	%	82	-	82	-	5
Neutro.	%	-	62	-	62	5
Eosino.	%	-	20	-	20	5
RBC (globules rouges)	10^{12}/L ou M/mm^3	5,75	5,75	5,75	5,75	0,3
HGB	g/dL	18,2	18,2	18,2	18,2	0,9
Hct	%	52,9	52,9	52,9	52,9	3
MCV (VGM)	fL	92	92	92	92	4
MCHC (CCMH)	g/dL	34,4	34,4	34,4	34,4	4
MCH (TCMH)	pg	31,7	31,7	31,7	31,7	4
PLT	10^9/L ou m/mm^3	480	480	480	480	65
MPV (VMP)	fL	8,3	8,3	8,3	8,3	2

X̄	+ / -	1	2	3
Mean	Tolerance Limits	Instrument	Parameter	SI Units
Moyenne	Limites de tolérance	Instrument	Paramètre	Unités SI
Mittelwert	Toleranzgrenzen	Gerätetype	Parameter	SI-Einheiten

Tolerance limits are guidelines for evaluating instrument data and account for instrument reproducibility and operator technique.
Les limites de tolérance sont des guides d'évaluation des données de l'instrument et prouvent la reproductibilité de l'instrument et la technique de l'opérateur.
Die Toleranzgrenzen dienen als Richtlinien für die Bewertung der Gerätegenauigkeit und beinhalten die Geräte-Reproduzierbarkeit mitsamt Anwendungstechnik des Bedieners.

Instrument [1]

Parameter [2]	SI Units [3]	MS9 series 3 dif (Série MS9 3 ppp) X̄	MS9 series 5 dif (Série MS9 5 ppp) X̄	MS4 series 3 dif (Série MS4 3 ppp) X̄	MS4 series 5 dif (Série MS4 5 ppp) X̄	+ / -
LOW / Blue Cap BAS / Bouchon Bleu						
LOT B1119L	Péremption : 2020-02-05 Exp. Date (YYYY-MM-DD)				Ref. : 0MSLC010	
WBC (globules blancs)	10^9/L ou m/mm^3	1,8	1,8	1,8	1,8	0,5
Lympho.	%	64	64	64	64	5
Mono.	%	5	5	5	5	5
Granulo.	%	31	-	31	-	5
Neutro.	%	-	30	-	30	5
Eosino.	%	-	1	-	1	0,5
RBC (globules rouges)	10^{12}/L ou M/mm^3	2,45	2,45	2,45	2,45	0,2
HGB	g/dL	5,8	5,8	5,8	5,8	0,5
Hct	%	17,4	17,4	16,2	16,2	2
MCV (VGM)	fL	71	71	66	66	4
MCHC (CCMH)	g/dL	33,3	33,3	35,9	35,9	4
MCH (TCMH)	pg	23,7	23,7	23,7	23,7	4
PLT	10^9/L ou m/mm^3	75	75	75	75	25
MPV (VMP)	fL	8,3	8,3	8,3	8,3	2
NORMAL / Green Cap NORMAL / Bouchon Vert						
LOT B1119N	Péremption : 2020-02-05 Exp. Date (YYYY-MM-DD)				Ref. : 0MSLC011	
WBC (globules blancs)	10^9/L ou m/mm^3	7,2	7,2	7,2	7,2	0,8
Lympho.	%	30	30	30	30	6
Mono.	%	5	5	5	5	5
Granulo.	%	65	-	65	-	7
Neutro.	%	-	59	-	59	7
Eosino.	%	-	6	-	6	2
RBC (globules rouges)	10^{12}/L ou M/mm^3	4,70	4,70	4,70	4,70	0,2
HGB	g/dL	13,4	13,4	13,4	13,4	0,7
Hct	%	39,0	39,0	36,7	36,7	3
MCV (VGM)	fL	83	83	78	78	4
MCHC (CCMH)	g/dL	34,4	34,4	36,6	36,6	4
MCH (TCMH)	pg	28,5	28,5	28,5	28,5	4
PLT	10^9/L ou m/mm^3	245	245	245	245	45
MPV (VMP)	fL	8,3	8,3	8,3	8,3	2
HIGH / Red Cap HAUT / Bouchon Rouge						
LOT B1119H	Péremption : 2020-02-05 Exp. Date (YYYY-MM-DD)				Ref. : 0MSLC012	
WBC (globules blancs)	10^9/L ou m/mm^3	19,5	19,5	19,5	19,5	2
Lympho.	%	14	14	14	14	7
Mono.	%	5	5	5	5	4
Granulo.	%	82	-	82	-	5
Neutro.	%	-	62	-	62	5
Eosino.	%	-	20	-	20	5
RBC (globules rouges)	10^{12}/L ou M/mm^3	5,75	5,75	5,75	5,75	0,3
HGB	g/dL	18,2	18,2	18,2	18,2	0,9
Hct	%	52,9	52,9	50,0	50,0	3
MCV (VGM)	fL	92	92	87	87	4
MCHC (CCMH)	g/dL	34,4	34,4	36,4	36,4	4
MCH (TCMH)	pg	31,7	31,7	31,7	31,7	4
PLT	10^9/L ou m/mm^3	480	480	480	480	65
MPV (VMP)	fL	8,3	8,3	8,3	8,3	2

X̄	+ / -	1	2	3
Mean	Tolerance Limits	Instrument	Parameter	SI Units
Moyenne	Limites de tolérance	Instrument	Paramètre	Unités SI
Mittelwert	Toleranzgrenzen	Gerätetype	Parameter	SI-Einheiten

Tolerance limits are guidelines for evaluating instrument data and account for instrument reproducibility and operator technique.
Les limites de tolérance sont des guides d'évaluation des données de l'instrument et prouvent la reproductibilité de l'instrument et la technique de l'opérateur.
Die Toleranzgrenzen dienen als Richtlinien für die Bewertung der Gerätegenauigkeit und beinhalten die Geräte-Reproduzierbarkeit mitsamt Anwendungstechnik des Bedieners.

ATTENTION : Veillez à vérifier le type de carte à puce en fonction du type d'analyseur utilisé. Série MS4 (ref:3MSR0591) ou série MS9 (ref:3MSR0590)
WARNING : Please check the MS Card type link to the used analyseur. MS4 Séries (ref:3MSR0591) or MS9 Séries (ref:3MSR0590)

ATTENTION : Après ouverture les échantillons sont stables **14 jours maximum**
WARNING : Opened tube are stable for **14 days maximum**